ハンディリーチャー
取扱説明書

1. 安全上の注意

1) 使用目的以外に使用しないでください。
2) 本品を分解したり、改造したりしないでください。
3) 転倒防止のため、姿勢が安定した状態でご使用ください。
4) 危険ですので、他の人に向けて本品を突き出さないでください。

2. 製品概要

本品は、軽量、頑丈で種々のものを容易につかむことができます。また、先端部を回転させることで、どんな角度からでも物をつかむことができます。なお、先端部はソフトラバー製でつかんだものの滑り落ちを防止します。

先端カップ(2 個)

ホルダー(2 種類;各 1 個)

【材質】
リーチャー本体:アルミニウム
グリップ:ナイロン
先端部:ソフトラバー
先端カップ:ポリオキシメチレン(POM)
ホルダー:熱可塑性樹脂(TPR)

3. 使用方法

1) グリップを握ってトリガーを引くと先端部が閉じ、ものをつかむことができます。

⚠ 注意
ロック機能は有しておりません。

小物をつかんだ場合

ペットボトルをつかんだ場合

先端部は回転させることができます。

⚠ 注意

同じ方向に回し続けると、中のひもがねじ切れるおそれがあります。また、ひもがねじれた状態になると、先端部を回すことが困難になります。先端部が軽く回る状態を維持してください。

2) 先端カップを取り付けて使用することもできます。先端カップは通し穴の大小に注意し、両側の高さが均等になるように取り付けてください。



⚠ 注意

先端カップの四角の通し穴は上下で大きさが異なります。大きい穴側から先端部に挿入して、先端部に刻印されている奥側点線部分までしっかり差し込んでください。

3) 本品を使用しないときは、リーチャー本体に付属のホルダーを取り付けることで、φ24～25㎜のパイプ様のものに保持することができます。

⚠ 注意

①ホルダーに適応したものに取り付けてください。

②本品を車椅子の支柱に取り付ける際は、車椅子の機能に支障を及ぼさない事を確認してください。

4. お手入れ

1) 汚れた場合は、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで汚れを落とした後、乾いた布で拭いてください。
2) 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは変色を起こす可能性がありますので使用しないでください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/

注文コード	品　番	商品名	全長	重量	ホルダーを取付可能なパイプの直径
502-022-52	ARII60	ハンディリーチャー	約 800㎜	約 260g	約 25㎜